

广汉市人民医院

小 C 工作站维修项目招标公告

致各位维保服务公司：

一、我院拟对以下维修项目进行院内采购

项目名称：一台小 C 工作站维修

已使用年限：近 20 年

二、项目编号：GHRV-20161220

三、采购方式：竞争性磋商

四、评标办法：综合评分法

五、采购项目经费预算：4 万（大写:肆万元整）

六、项目具体要求：

IDS-1000 电视设备系统参数：

项目	实测值	备注
空间分辨率	$\geq 16\text{Lp/cm}$	在 9 寸影像增强器，视野比 1:1， 采用 1*1 焦点球馆进行透视，在 点对点显示下时测得
低对比灵敏度	$\leq 1.8\%$	
灰阶分辨力	≥ 10 级	

系统所能达到的功能：

... 末帧影像冻结（每个病档下可存 16 幅）

图像垂直、水平镜像显示

... 图像正负像选择

5 级数字智能降噪（另有动态自适应降噪）

全屏或局部影像窗宽、窗位调整

三级伽马校正

图像后期锐度多级校正

支持脉冲透视无闪烁显示（C型臂）

支持影像 360° 旋转（C型臂）

可同时同屏完整显示实时及存储影像（C型臂）

可断电保存万幅以上图像资料（可按用户要求扩充）

中英文智能输入

提供常用医学影像报告模板（可删减、更改）

支持 USB2.0 接口、连接激光打印机，输出纸质报告

支持 Dicom 3.0 标准数据导出

提供 Dicom 网络接口，可连接标准 DICOM 激光相机、接入
PACS 系统(选配)

支持 Worklist 信息接入（选配）

七、因该设备已无法工作，而手术病人又急需，因此公示期为 3 天。

八、需提供材料

1、企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码复印件（三证合一亦可）（报复印件加盖单位公章、验原件）；

- 2、资质证书（报复印件加盖单位公章、验原件）；
- 3、相关大型设备维修业绩材料；
- 4、《广汉市人民医院小 C 维修项目投标文件（含方案）》
（请自行密封）；

5、行贿犯罪档案查询证明；

6、报价表（请自行密封）；

九、投标文件接收及开标信息

拟投标人投标文件请于 2016 年 12 月 20 日至 12 月 23 日上午 8：00-12:00，下午 14:30-17:30 可通过电子邮箱（3544355479@qq.com）报名，提交公司资质、委托书。投标文件必须于投标截止时间前完成，逾期送达的文件恕不接受。

开标时间另行通知。

（联系人：蒋老师 联系电话：13700911651）